



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

REQUISIÇÃO INTERNA Nº 577/2018 – SMS

COPAM-RECEBIDA
28/05/2018
ISS.: 0

ÓRGÃO: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE: 02 – Coord. Fundo Municipal de Saúde – UNIÃO

AÇÃO: 1.122 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (SMS)

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.08.0000 – Aparelho Equip. e Utens. Med. Odont. Lab. Hospitalares - 13491

FONTE DE RECURSOS: () LIVRE VINCULADO (X): 4931 BANCO: 9156

COD	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR
22220	01	Und	Compressor Odontológico com as carac. mínimas conforme descrição em anexo.	1.530,00
28739	04	Und	Escada com dois degraus com as carac. mínimas conforme descrição em anexo.	240,00
24630	02	Und	Mesa de Mayo com as características mínimas conforme descrição em anexo.	300,00
11262	02	Und	Autoclave com as características mínimas conforme descrição em anexo.	1.100,00
30227	02	Und	Foco Refletor com as características mínimas conforme descrição em anexo.	240,00
11289	02	Und	Negatoscópio com as características mínimas conforme descrição em anexo.	240,00
38113	01	Und	Cadeira Odontológica com as características mínimas conforme descrição em anexo.	2.350,00

DESTINO: Para a Secretaria Municipal da Saúde.

CREDOR: ...

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentaria, com saída de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

IJUÍ-RS, 18 de maio de 2018

João Carlos Rodrigues
Matricula 19599-51
Requisitante

Josias Andreu Pinheiro
CPF: 590.610.340-53
Secretário Municipal de Saúde

Observações:

Deterido

Indeferido

Valdir Heck
Prefeito

COPAM

Modalidade: Prorção

Data: 01/06/2018

Município de Ijuí - Poder Executivo
Priscila Maurer Leviski
Diretora de Compras - Patrimônio
e Almoxarifado

REQ. 722/2018 - ADEMAR
PRC: 516118
P.P: 102118

28 MAI 2018



**MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**



Segue abaixo a descrição dos equipamentos para a UBS dos bairros Modelo e Jardim.

ITEM	PRODUTO / MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
01	Escada com 02 degraus	Escada com 2 degraus, estrutura tubular em aço inox redondo com piso em chapa de alumínio antiderrapante, acabamento da estrutura polido; pés com ponteiros plásticos; dimensões 0,46 m largura x 0,48 m profundidade x 0,35 m altura.	Und
02	Mesa Ginecológica	Estrutura esmaltada pintada na cor branca; Construída em tubos pintados de 1"1/4; Leito estofado dividido em três partes; Encosto regulável e apoio para os pés; Concha em alumínio fundido; Assento fixo; Pés com ponteiros plásticos; Dimensões: 1,80 x 0,50 x 0,88m; Revestimento em courvin; Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó; Suporta até 150 KG; Gaveta para escoamento em inox	Und
03	Maca	Maca com colchonete, com movimentos acionados por 03 manivelas escamoteáveis: Fowler, Cardíaco, Vascular, Elevação do Leito e Cabeceira; Leito fixo confeccionado em chapas de aço perfuradas para respiro; Protetores de parede bumper posicionado nos 04 cantos do carro maca; 04 suportes (02 em cada lado), fixados na parte central do leito para pendurar bolsas coletoras; Base estrutural em tubo aço carbono retangular 30x50mm com tratamento anticorrosivo por meio de banho químico em processo de imersão; Pintura eletrostática texturizada epóxi pó de alta resistência; Tinta com fixação por meio fusão térmica em processos com controle de temperatura e medição de camada; Grades laterais em tubo de aço inox com sistema de abertura e fechamento frontal, fácil e rápido; Puxador em aço carbono pintura epóxi pó revestido nas extremidades com luvas em PVC; Rodízios em PVC de 5" de diâmetro com freios em diagonal; Suporte para colocação de cilindro; Suporte de soro modelo haste para fixação no próprio carro maca; Capacidade de carga total 160kg; Processo industrial em conformidade com a	Und



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



		legislação vigente, RDC 16/2013 e certificado nas Normas de Qualidade NBR-ISO 9001 e NBR-13485.	
04	Negatoscópio	Negatoscópio de 2 corpos. Construído em chapa de aço pintada após tratamento antiferruginoso. Com frente em acrílico leitoso. Chave liga/desliga independente para cada corpo. Alimentação de energia 220 volts cabo de alimentação de energia de 1.10mts de comprimento. Iluminação por lâmpada fluorescentes de 15 w. Deve acompanhar 10 lâmpadas para reposição.	Und
05	Mesa de Mayo	Mesa de Mayo cromada com bandeja em inox. Estrutura em tubos quadrados 25x25mm e parede de 1,2mm. Cromada. Altura regulável de 0,87m a 1,30m. 3 pés com rodízios de 2". Acompanha bandeja de aço inox polido de 0,48m (comp) por 0,32m (larg).	Und
06	Foco Refletor Ambulatorial	Foco clínico flexível, sem espelho, bivolt com chave seletora, para auxiliar exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 90 a 150cm. Pintura em epóxi à 250° Celsius de alta resistência, Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, alimentação elétrica selecionável em 220 volts ou bivolt. Lâmpada halógena 12V x 20W, deve ser encaminhado 3 lâmpadas extras para reposição. Deve ser indicado MARCA e MODELO do produto a ser cotado na proposta da empresa.	Und
07	Autoclave	Capacidade total 75 litros; bandejas internas; pintura externa / interna eletrostática; guarnição de silicone; Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel digital com dois displays independentes, inteiramente em teclado de membrana e com avisos que permitem o controle simultâneo dos parâmetros do ciclo; Controle do ciclo totalmente automático através de microprocessador eletrônico com ciclos programáveis e que permite ajustes de tempo segundo a segundo e de temperatura grau a grau; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; Secagem do material com ajustes de temperatura grau a grau e de tempo segundo a segundo. Com opção de ciclos extras; Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Atuação descontínua da resistência durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica; Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor	Und



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



		<p>qualidade de vapor; Sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoras; Operação fácil e automática que permita o acompanhamento em tempo real de todo o ciclo de esterilização; Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção; Registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.</p>	
08	Cadeira Odontológica	<p>Cadeira Odontológica: Cadeira com estrutura em aço, estofamento de espuma injetada com revestimento em 100% PVC laminado sem costuras, 2 apoios de braços anatômicos e rebatíveis, acionamento por motoredutor elétrico e caixa de distribuição integrada. Possuir 8 movimentos: 4 individuais, 4 automáticos sincronizados (2 posições de trabalho e Volta à Zero programáveis pelo profissional) e Last Position (última posição de trabalho acionada). Cadeira com movimentação silenciosa e suave. Controle de qualidade e processo de pintura altamente rigorosos, evitando a corrosão das peças metálicas. A cadeira deve alcançar altura mínima do chão (aproximadamente 440mm*), o que auxilia na acomodação do paciente na cadeira. Ponto de giro da cadeira entre o encosto e o assento, projetado respeitando os movimentos naturais do corpo humano que evita a sensação de esmagamento e expulsão da cadeira. O estofamento revestido com laminado 100% PVC, um material nobre e sem tramas de tecido na parte interna (exclusivo na categoria) que proporciona melhor acabamento e durabilidade. Disponível em cores modernas e com diversos tipos de acabamento: brilho, fosco, metálico e holográfico. Refletor: Refletor seguro e prático, com duplo pega mão para dentista e assistente. Liga e desliga sincronizado com os movimentos automáticos da cadeira, para impedir que a luz incida nos olhos do paciente involuntariamente. Braço totalmente articulado, permite iluminação na arcada inferior lingual e atendimento de pacientes cadeirantes. Regulagem de intensidade luminosa de 8.000 LUX a 25.000 LUX (+/- 15%), possibilita iluminação mínima durante a preparação da resina Pedal de comando Pedal móvel e com todas as funções integradas. Facilidade de uso e mais espaço para a movimentação do profissional durante os tratamentos.</p>	Und




MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



		<p>Aciona as funções da cadeira, refletor e controle progressivo da rotação dos instrumentos. Aderente ao piso e construído com material resistente e de fácil assepsia. Com Acionamento exclusivo da água na cuba temporizada.</p> <p>SUCTORA: Desenvolvida por meio de processos de fabricação de alta tecnologia que garantem ao produto durabilidade e resistência. Suctora rebatível com giro de 45° auxilia a aproximação da assistente à cadeira. Porta detritos de fácil acesso localizado na mangueira de sucção. Acompanha cuba de porcelana autoclavável. Com Sugador de alta potência. Tubulação de esgoto totalmente embutida na cadeira evitando o acúmulo de sujeira e facilita a limpeza do piso.</p> <p>MOCHO: Sistema a gás para regulagem de altura do assento. Base giratória com cinco rodízios. Fácil regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico. Estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, garantindo maior resistência e rigidez. Sem costura e de fácil assepsia. 220V Montagem gratuita com técnico da empresa. Entrega 15 dias após a aprovação</p>	
09	Compressor Odontológico	<p>Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. Capacidade de 45 litros.</p> <p>Reservatório: Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática).</p> <p>Possui abertura na parte inferior, para futuras inspeções.</p> <p>MOTOR: Com 1,2 Hp e dois cabeçotes.</p> <p>Novo modelo e designe, com maior refrigeração e componentes internos confeccionados em cerâmica. Possui reduzido atrito interno, diminuindo consideravelmente o ruído e aumentando seu rendimento e vida útil.</p> <p>Reduzido nível de ruído: 54 Db a um metro de distância</p> <p>Pressostato com chave geral liga/desliga.</p> <p>Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso</p>	Und



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



		<p>de pressão.</p> <p>Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva.</p> <p>Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar.</p> <p>Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar.</p> <p>Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso.</p> <p>Ventoinha de refrigeração no motor.</p> <p>Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório).</p> <p>Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil.</p> <p>Válvula de alívio (solenóide) cuja função é a despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço.</p>	
10	Poltrona Hospitalar	<p>Poltrona Hospitalar com estrutura articulada em aço carbono. Partes metálicas externas com tratamento de eletrodeposição catiônica, para resistência à corrosão, posteriormente pintadas em resina epóxi em cor Alumínio. Estofamento com espumas de poliuretano de alta resiliência com densidade mínima D28, apoiadas sobre base elástica, e recobertas por camada de fibras de poliéster. Revestimento em couro sintético (exceto cor branca). Forma de utilização: É uma poltrona reclinável de 3 estágios: sentado, reclinado e deitado. Deve conter rodízios na base para facilitar sua mobilidade e apoio para braço.</p>	Und

EDEGAR COSMANN MOI

Enf. Coordenador RUE Municipal

COREN 356.279

Edegar Cosmann Mo
Enf. Coordenador RUE Municipal
COREN 356.279