




MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



REQUISIÇÃO INTERNA Nº 194/2016 – SMS

ÓRGÃO.....: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE.....: 02- Coord. Fundo Municipal de Saúde – UNIÃO

AÇÃO.....: 2.123 - Piso da Atenção Básica Fixo (SMS)

NATUREZA DA DESPESA...: 3.3. 90.30.36.00.00 – MATERIAL HOSPITALAR – 5148

JOPAM-RECEBIDO
01/02/16
ASS.: e 10:30h

CÓDIGO PRODUTO	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	VALOR
23500	24	Und	Água Oxigenada - Solução de Peróxido de Hidrogênio 3%/Uso Tópico adulto e pediátrico. Indicação de uso para assepsia de ferimentos. Embalagem plástica com conteúdo de 1 litro. Deve estar de acordo com a RDC ANVISA n.199/2006. Validade de 2 anos a contar da data de entrega na SMS.	
35160	40	Und	Cânula Nasal tipo óculos tamanho adulto/ utilizada em oxigenioterapia de baixo fluxo, livre de látex, linha anti-oclusão com luz estrelada quando submetida à torção ou pressão, pronga nasal siliconada ponta curva - chama, com adaptador e hastas para fixação nas fossas nasais, extensão de 2,1 m de comprimento. Deve ter Registro no MS/Anvisa.	
29407	400	Und	Equipo microgotas com injetor lateral - Dispositivo para a administração de infusão de soluções parenterais/ em conformidade com a Norma Técnica Brasileira NBR ISO 8536-4,. Com Injetor Lateral Valvulado, uso livre de agulhas em sistema fechado. Acionado por conectores luer slip. CARACTERÍSTICAS: Câmara gotejadora: microgotas (60 gotas = 1mL) flexível; Conexão luer slip reversível, em conformidade com NBR ISO 594-1/2; pinça rolete com excelente controle e manutenção do gotejamento; Extensão em PVC flexível, cristal atóxico; Perfurador adaptável a qualquer recipiente de solução (frasco ou bolsa); deve ter respiro de ar com filtro; Embalagem plástica ou combinação desta com papel grau cirúrgico. Deve ter Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação.	
23574	20	Caixa	Papel Crepado Verde 75 x 75cm/ caixa com 500 folhas, com gramatura 60g/m², indicado para empacotamento de todos os materiais a serem esterilizados em Autoclave a Vapor, Óxido de Etileno ou por Radiação Gama, oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade, eficiente na filtração bacteriana, resistente a ruptura, rasgo e estouro, biodegradável e incinerável. Confeccionado em 100% celulose. Atóxico. Embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado, garantindo sua proteção quanto a ação de agentes externos. Deve ter registro no MS/Anvisa.	
29437	10	Caixa	Papel Crepado Verde 50 x 50cm/ caixa com 500 folhas, com gramatura 60g/m², indicado para empacotamento de todos os materiais a serem esterilizados em Autoclave a Vapor, Óxido de Etileno ou por Radiação Gama. Oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade. Eficiente na filtração bacteriana, resistente a ruptura, rasgo e estouro. Biodegradável e incinerável, confeccionado em 100% celulose, embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado, garantindo sua proteção quanto a ação de agentes externos. Deve ter registro no MS/Anvisa.	
7502	30	Und	Sonda Foley duas vias número 16/ Sonda fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática; Embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama. Especificações Técnicas: Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega do produto na SMS	


Req. 130/2016

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE




7506	30	Und	Sonda Foley duas vias número 18. Sonda fabricada em látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática, embalagem atóxica, esterilizada por Raio Gama. Especificações Técnicas: Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação; Sonda com orifício distal e diâmetro interno liso, propiciando drenagem rápida e eficiente; Válvula de insuflação eficaz que assegura o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização; Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Validade mínima de 2 anos a contar da data de entrega do produto na SMS.	
16189	800	Und	Soro de Cloreto de Sódio 0,9% - Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 500ml. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletrolítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Deve ter registro na ANVISA.	
23590	100	Und	Soro Glicosado 5% - Soro glicosado 5% sistema fechado 250ml, apresentação. Frasco ou Bolsa de polietileno de 250ml. Composição: Glicose anidra - 5g e Veículo q.s.p. - 100ml. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Deve ter registro na ANVISA	
23591	200	Und	Soro Glicosado 5% - Soro glicosado 5%, sistema fechado, 500 ml, apresentação Frasco ou Bolsa de polietileno de 500ml. Composição: Glicose anidra - 5g e Veículo q.s.p. - 100ml. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Deve ter registro na ANVISA	
35455	400	Und	Soro de Cloreto de Sódio 0,9% - Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 250ml, para uso intravenoso. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletrolítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Deve ter registro na ANVISA.	
29923	800	Und	Soro de Cloreto de Sódio 0,9% - Bolsa flexível de polipropileno transparente, sistema fechado, no volume de 100ml. Composição: cloreto de sódio 0,9g, veículo q.s.p. - 100ml. Conteúdo eletrolítico: Na+ 154mEq/L e Cl- 154mEq/L, Osmolaridade 308 mOsm/L, pH 4,50-7,00. Prazo de Validade de no mínimo 12 meses a contar da entrega na SMS. Deve ter registro na ANVISA.	


DESTINO...: Para a Secretaria Municipal da Saúde.

CREDOR...:

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

IJUÍ-RS, 04 de janeiro de 2016.


Carlos D. Freidheim
Matrícula 18119-67
Requisitante


Alexandra de Freitas Lentz
CPF: 883.613.300-20
Secretária Municipal de Saúde





MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



<p>Observações:</p> <p>REA 130/2016 PROC. 141/2016 P.P. 05/2016</p>	<p>() Deferido () Indeferido</p> <p>Fioravante Batista Ballin Prefeito</p>	<p>COPAM</p> <p>Modalidade: <u>Procedimento Administrativo</u></p> <p>Data: <u>18/02/16</u></p> <p>Município de Ijuí - Poder Executivo</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Oberdan Zucolotto Matricula 1902798 Ass. Administrativo - SGP</p>
---	---	---

[Handwritten mark]