



# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



## REQUISIÇÃO INTERNA Nº 788/2015 – SMS

COPAM-RECEBIDO

22/05/15

ASS.: 09:10h 7

ÓRGÃO.....: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE.....: 03- Coord. Fundo Municipal de Saúde – ESTADO

AÇÃO.....: 1.141- Saúde Prisional- Penitenciária Modula Estadual de Ijuí (SMS)

NATUREZA DA DESPESA...: 4.4.90.52.08.00.00 APAREL.EQUIP.E UTENS. MED.ODONT.LAB.HOSP - 10672

CÓDIGO PRODUTO	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	VALOR
339.14	01	Und	<p>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS 120 LITROS</p> <p>Equipamento desenvolvido especificamente para armazenagem de imunobiológicos com capacidade interna mínima para 120 litros;</p> <p>Tensão: 110 ou 220 Volts, selecionáveis através de tecla seletora.</p> <p>Temperatura de trabalho: mínima de 2º C e máxima de 8º C, com ponto fixo em 4ºC;</p> <p>Tecnologia de resfriamento frost-free ou degelo automático;</p> <p>Iluminação interna;</p> <p>Refrigeração através de compressor hermético, e gás R-134 a Isento de CFC;</p> <p>Gabinete Externo e Interno: em material tratado quimicamente para evitar corrosão.</p> <p>Porta: em vidro temperado transparente; com sistema antiembaçante ("no fog"); abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético.</p> <p>Que a câmara possua um sistema de emergência que mantenha as funções elétricas, eletrônicas e de frio (inclusive o compressor), por no mínimo 44 horas, na falta ou instabilidade da energia elétrica. O sistema deve ser parte integrante do equipamento e do mesmo fabricante. Prateleiras: tipo grade em aço tratado com pintura epóxi, em quantidade igual ou superior a 4 unidades;</p> <p>Painel: tipo membrana, montado na parte superior da Câmara, dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch, termostato eletrônico micro-processado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sensor tipo NTC imerso em solução de glicerol, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia. Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, de falta de energia elétrica e desvios de temperatura.</p> <p>Discador telefônico, sistema que realiza chamadas telefônicas para até três responsáveis, sempre que a temperatura estiver em nível crítico.</p> <p>Devem apresentar manual técnico em português;</p> <p>Apresentar folder ilustrativo do produto para comprovação das características técnicas;</p>	

Obs.: A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) entregar um equipamento para testes, para acompanhamento e avaliação da equipe técnica, sendo homologados somente se estiverem de acordo com o solicitado no edital.

DESTINO ....: Para a Secretaria Municipal da Saúde.

CREDOR.....:

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

IJUÍ-RS, 11 de maio de 2015.

Márcia Elisa Basso Boniatti  
Matrícula 21307-12  
Requisitante

Alexandra de Freitas Lentz  
CPF: 883.613.300-20  
Secretária Municipal de Saúde

Observações:

☒ Deferido

☐ Indeferido

Fioravante Batista Ballm  
Prefeito

COPAM

Modalidade:

Data:

Município de Ijuí Poder Executivo

Walter J. S. Arbo  
Secretário da Fazenda Adjunto

Walter Arbo  
Secretário da Fazenda Adjunto

Preg: 1083/2015

Prece: 923/2015

P.P.: 32/2015