



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



REQUISIÇÃO INTERNA Nº 1154/2014 – SMS

ÓRGÃO.....: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE.....: 02– Coord. Do Fundo Municipal de Saúde – UNIÃO

AÇÃO.....: 2.146 – Serviço de Atendimento Especializado (SMS)

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.08.00.00 APAREL. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. LAB. HOSP - 8944

COPAM-RECEBIDO
07/08/14
ASS.: D 10:30

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
32497	01	Und	<p>Centrifuga para separação de amostras de sangue.)</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rotor com sistema horizontal.- Motor selado.- Velocidades ajustáveis linearmente.- Indicador digital da rpm e tempo.- Tecnologia PWM para controle de rotação.- Função Unbalance.- Função interrupção com abertura da tampa.- Amortecedor de tampa.- Gabinete em aço com pintura eletrostática.- Voltagem: 110 ou 220 Volts.- Força G máxima: 1680 G.- Rotação máxima: 3200 rpm.- Curvas de aceleração e desaceleração ajustadas de fabrica.- Dimensões aproximadas: comprimento 46cm; altura 35cm; largura 34 cm. <p>Capacidade</p> <ul style="list-style-type: none">- 20 Tubos 13mm x 75mm ou 13mm x 100 mm ou 16mm x 100mm.- 16 Tubos 17mm x 120mm – 15ml urina com tampa.- 04 Tubos 50ml.	

DESTINO ..: Para o Serviço de Atendimento Especializado da SMS.

CREDOR....:

IJUÍ-RS, 25 de julho de 2014.

Vanessa Bonfada
Matrícula 22028-10
Requisitante

Carlos Delmar Freidheim
Matrícula 18119-67
Controle Interno Setorial no Órgão

Márcia Elisa Basso Boniatti
CPF: 485.870.280-49
Secretária de Saúde Adjunta

Observações:

☒ Deferido

☐ Indeferido

Fioravante Batista Ballin
Prefeito

COPAM

Modalidade:

Data: ____/____/____

Walter J. Z. Arbo
Secretário da Fazenda Adjunto
Município de Ijuí-Poder Executivo

Walter Arbo
Secretario Adjunto da Fazenda

Reg - 1984 - 2014
Proc. 1460/2014
P.P. 042/2014

05 AGO. 2014