


MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



REQUISIÇÃO INTERNA Nº 823/2014 – SMS

COPAM-RECEBIDOR

16/06/14

ASS.: D 10:00

ÓRGÃO.....: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE.....: 02 – Coord. Do Fundo Municipal de Saúde – UNIÃO

AÇÃO.....: 2.138 – Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica PMAQ GF

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR- 5159

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
24714	05	Und.	Otoscópio de diagnóstico compacto e leve. CARACTERÍSTICAS: Iluminação halógena 2.5 V de longaduração. Iluminação 30% mais brilhante, mostrando a cor verdadeira do tecido. *Fibra óptica para transmissão de luz fria, garante campo de trabalho livre de sombra e aquecimento. Lente de visão ampla para visualização com magnificação. Ótimo para visão detalhada. (Lente removível para instrumentação.) Sistema vedado para otoscopia pneumática com entrada para pera de insuflação. Cabo metálico com acabamento liso, preto, alimentado por duas pilhas alcalinas AA. Acompanha 5 espelhos sendo: um jogo com 4 espelhos reutilizáveis nos tamanhos 2,5 - 3 - 4 e 5mm (Esterilizável em autoclave ou solução para esterilização) + 1 espelho de 4mm. Acompanha estojo macio e duas pilhas AA alcalinas. Utiliza Lâmpada Halógena de 2,5V. DETALHES TECNICOS: Iluminação: Halógena.Transmissão: Fibra óptica até a ponta. Pilhas: 2 AA. Lente de focalização: Grande-angular e removível. Altura: 16,33 cm. Material do cabo: Inteiramente metálico. Conexão de insuflação: Sim. Deve ter Registro no MS/Anvisa.	
32227	01	Und.	Oftalmoscópio: Sistema óptico vedado, Disco de abertura com seis posições, Abertura com fixador para localizar lesões. Abertura em fenda para verificar diferentes níveis de lesões e tumores. 48 lentes para ajustes de diopia (-25 a +22). Cabo metálico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA. Utiliza lâmpada halógena de 2,5V (código 03900). Iluminação: Halógena, Pilhas: 2 AA, Lente de focalização: Lente convergente de vidro. Altura: 16,02 cm; Faixa de diopia: -25 a +22. Material do cabo: Inteiramente metálico. Posições de abertura: 6, incluindo fenda e fixação. Vedação: Sim; Filtros: Azul cobalto e eliminação de vermelho.	

DESTINO ..: Para o ESF do Thomé de Souza, Centro Social Urbano e Herval da SMS.

CREDOR....:

IJUÍ-RS, 28 de maio de 2014.

Márcia Elisa Basso Boniatti
Matrícula 2130712
Requisitante

Carlos Delmar Freidheim
Matrícula 18119-67
Controle Interno Setorial no Órgão

Alexandra de Freitas Lentz
CPF: 883.613.300-20
Secretária Municipal de Saúde

Observações:	<input checked="" type="checkbox"/> Deferido <input type="checkbox"/> Indeferido Fioravante Batista Ballin Prefeito	COPAM Modalidade: _____ Data: ____/____/____ Walter Arbo Secretário Adjunto da Fazenda Município de Ijuí - Poder Executivo
--------------	--	---

Req. 1.548 - 2014

PREC. 1.383/2014

P.P. 040/2014

12106114