



# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



## REQUISIÇÃO INTERNA Nº 305/2014 – SMS

COPAM-RECEBIDO

10/03/14  
ASS.: pm 10:56hs

ÓRGÃO .....: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE.....: 03 – Coord. Do Fundo Municipal de Saúde – ESTADO

AÇÃO .....: 1.072 – Aquisição de equipamentos CP (SMS)

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.08.00.00 APAREL.EQUIP.E UTENS. MED.ODONT.LAB.HOSP– 8950

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
11262	15	Unidade	<p>Autoclave) Compacta de Mesa horizontal de 21 litros - com reservatório. Totalmente automática. Para Esterilização, secagem de instrumentos cirúrgicos, utensílios, tecidos, luvas, líquidos, vidrarias, etc... FAIXAS DE TRABALHO CICLOS RÁPIDOS: Programáveis de acordo com o tipo de material. Câmara cilíndrica construída de acordo com as Normas da ABNT. GABINETE: Conjunto montado sobre estrutura em aço A36, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá estabilidade e protege o móvel onde for sobreposto o equipamento. PORTA: O equipamento deve possuir uma porta, tendo seu sistema de fechamento através de manípulo, de duplo estágio que exerce pressão por igual em todo perímetro da tampa apoiando perfeitamente a superfície da mesma em guarnição de material especialmente desenvolvido para assegurar perfeita vedação e extensa durabilidade. Deve ter Transdutor de Pressão para Monitoramento da pressão existente na câmara interna. Sensor de monitoramento da temperatura existente na câmara interna. DISPLAY: Alfanumérico digital que indique pressão, temperatura, ciclos, alarmes. CHAVE GERAL: Liga e Desliga todo o equipamento em caso de uso ou emergência. TECLA SELEÇÃO: Seleciona o ciclo desejado de acordo com o Material a ser esterilizado. TECLA PARTIDA: Inicia o ciclo pré programado escolhido. SISTEMA HIDRÁULICO: FILTROS: Em bronze, elemento filtrante em aço inoxidável. VÁLVULAS SOLENÓIDES: Em latão forjado tipo diafragma. VÁLVULAS DE SEGURANÇA: Construída em latão, controla o excesso de pressão existente na câmara. CONEXÕES: Construídas em cobre. EQUIPADA COM: MICRO - SWITCH: Auxilia na segurança do equipamento, prevenindo possíveis falhas de manuseio. Controle de nível para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d água. Fusíveis para proteger o sistema no caso de sobrecarga na rede de alimentação elétrica. Elemento de Segurança: Termostático que se funde com excesso de temperatura liberando a pressão. Voltagem Elétrica de 220V ou Bivolt. I</p> <p>) CAPACIDADE - 21 litros. Deve ter 2 anos de garantia, estar em conformidade com a ISO 9001- Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 13485 - Aparelhos Médicos - Requisitos para Fins Regulamentares, ISO 14001 - Gestão Ambiental e possuir Certificado de Boas Práticas de Fabricação conforme ANVISA/RDC-Nº59. Deve ter Registro no MS/Anvisa.</p>	

Município de Ijuí - Poder Executivo  
Obratran Zucolotto  
Matrícula 18119-67  
Ass. Administrativo - SMF

DESTINO ...: Para a Secretaria Municipal da Saúde.

CREDOR...:

IJUÍ-RS, 25 de fevereiro de 2014.

Márcia Elisa Basso Boniatti  
CPF: 485.870.280-49  
Requisitante

Carlos Delmar Freidheim  
Matrícula 18119-67  
(Controle Interno Setorial no Órgão)

Alexandra de Freitas Lentz  
CPF: 883.613.300-20  
Secretária Municipal de Saúde

Observações:

Req. 456 - 2014  
PROC. 454/2014  
P.P. 16/2014

(X) Deferido  
( ) Indeferido

Floravante Batista Ballin  
Prefeito

COPAM

Modalidade:

Data:

Walter J. S. Arbo

Walter Arbo  
Secretario Adjunto da Fazenda

290  
06/03/14