



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



REQUISIÇÃO INTERNA Nº 309/2014 – SMS

ÓRGÃO: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE.....: 03 – Coord. Do Fundo Municipal de Saúde – ESTADO

AÇÃO: 1.072 – Aquisição de equipamentos CP (SMS)

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.08.00.00 APAREL.EQUIP.E UTENS. MED.ODONT.LAB.HOSP– 8950

COPAM-RECEBIDO

35 / 03 / 14

ASS.: En 10:56hs

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
9239	15	Unidade	Eletrocardiógrafo para realização de eletrocardiograma de Repouso com 12 derivações simultâneas, detecção de marca-passo, medição de ECG automático. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA: ; Display: 76 x 57 mm área efetiva do display; 320 x 240 pontos de resolução. Indicadores do display: estado da bateria, data, hora, fonte de alimentação. Pannel de Controle e Teclado: amigável, teclado alfanumérico, indicador LED e display de LCD. Especificações da fonte de alimentação: 220 – 240 V (nominal), 50/60 Hz. Bateria: operação com bateria recarregável embutida; LED indicador da fonte de alimentação; Capacidade da bateria: 4 horas de uso normal. Potência consumida: Max. 28 VA; Filtro de frequência de linha: livre distorção de sobreposição de 50 ou 60 Hz da interferência senoidal por meio de filtro digital. Papel Gráfico: termo sensível, sanfonado, Impressão: impressora com cabeça térmica de alta resolução, 8 pontos/mm (eixo amplitude), 40 pontos/mm (eixo tempo) 25 mm/s. Dados Técnicos do ECG: Circuito de entrada de Paciente: Totalmente isolado e flutuante, protegido contra desfibrilação. Monitor: Display de 3 canais das derivações selecionadas; que informe a Frequência Cardíaca, Status do Filtro (on/off), quando contato de eletrodo insuficiente. Derivações: 12 derivações simultâneas. Programação de derivação automática: 3/6/12 canais de 12 derivações registradas simultaneamente. Gravação de dados: com Dados de paciente (nome, idade, peso, altura, pressão); Interpretação de ECG adulto e pediátrico. Teve fazer detecção de Marca-passo: $\geq \pm 2$ mV/ ≥ 0.1 ms. DEVE CONTER: - 01 cabo de paciente de 10 vias; - 01 conjunto de eletrodos; - 01 cabo de alimentação; - 01 pacote de papel termosensível; - Manual de operação.	

DESTINO ...: Para a Secretaria Municipal da Saúde.

CREDOR....:

IJUÍ-RS, 25 de fevereiro de 2014.

Márcia Elisa Basso Boniatti
CPF: 485.870.280-49
Requisitante

Carlos Delmar Freidheim
Matricula 18119-67
(Controle Interno Setorial no Órgão)

Alexandra de Freitas Lentz
CPF: 883.613.300-20
Secretária Municipal de Saúde

Observações:	<input checked="" type="checkbox"/> (X) Deferido <input type="checkbox"/> () Indeferido Fioravante Batista Ballin Prefeito	COPAM Modalidade: _____ Data: _____ Walter J. S. Arbo Secretário da Fazenda Adjunto Município de Ijuí-Poder Executivo Walter Arbo Secretario Adjunto da Fazenda
--------------	--	---

Reg. 463-2014
PROC. 454/2014
P.P. 16/2014

06/03/14