




# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



## REQUISIÇÃO INTERNA Nº 308/2014 – SMS

COPAM-RECEBIDO

13 / 03 / 14  
ASS.: 9m 10:56hs

ÓRGÃO .....: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE.....: 03 – Coord. Do Fundo Municipal de Saúde – ESTADO

AÇÃO .....: 1.072 – Aquisição de equipamentos CP (SMS)

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.08.00.00 APAREL.EQUIP.E UTENS. MED.ODONT.LAB.HOSP– 8950

CÓDIGO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
19857	01	Unidade	Monitor Multiparamétrico Portátil com: Tela de cristal líquido de alta resolução e visibilidade; Integração de informações e curvas na mesma tela; Controle automático de brilho; Integração com central de monitorização/rede de monitores; Interface com outros equipamentos (ventiladores, bombas de infusão, monitores de débito cardíaco contínuo, etc.); Interfaces e configurações específicas a cada ambiente (Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico, Pronto Atendimento e Diagnóstico) e paciente (neonato, pediátrico e adulto); Teclas de acesso rápido (disparo da medição de pressão não invasiva, congelamento de traçados, etc.); Diferentes formas para visualizar curvas e valores numéricos dos parâmetros de acordo com a necessidade de cada usuário; Botão rotacional que facilita navegação nos Fichários; Alarmes áudio visuais; Leve e compacto que pode ser facilmente transportado; possui Alça para transporte. Módulos Pré-Configuráveis: Análise de arritmia e segmento ST; Eletrocardiograma; Oximetria; Pressão Não Invasiva; Respiração e Temperatura. Especificações gerais: • Alimentação: Rede Elétrica: 100 a 240 VCA (automática); Frequência: 50/60 Hz; 240 VA; com Bateria Recarregável; Monitor Interno: Tipo: Cristal Líquido Colorido de Matriz Ativa TFT Tamanho da tela: 10,4" (diagonal) e Resolução: 800 x 600 pontos. Fabricante deve possuir Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para a Saúde da ANVISA.	

DESTINO ...: Para a Secretaria Municipal da Saúde.

CREDOR....:

IJUÍ-RS, 25 de fevereiro de 2014.

Márcia Elisa Basso Boniatti  
CPF: 485.870.280-49  
Requisitante

Carlos Delmar Freidheim  
Matrícula 18119-67  
(Controle Interno Setorial no Órgão)

Alexandra de Freitas Lentz  
CPF: 883.613.300-20  
Secretária Municipal de Saúde

Observações:

☒ ) Deferido

( ) Indeferido

Fioravante Batista Ballin  
Prefeito

COPAM

Modalidade:

Data:

Walter J. S. Arbo  
Secretário da Fazenda Adjunto  
Município de Ijuí - Poder Executivo

Walter Arbo  
Secretario Adjunto da Fazenda

Req. 455-2014

PROC. 454/2014

P.P. 16/2014

06/03/14