



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO



REQUISIÇÃO INTERNA. N.º 1252/2013 – SMS

ÓRGÃO: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE: 02 – Coord. Fundo Municipal de Saúde – UNIÃO

PROJ/ATIV: 2.120 – Piso de Atenção Básica Fixo

ELEMENTO: 4.4.90.52.08.0000- APAREL.EQUIP.E UTENS. MED.ODONT.LAB.HOSP - 10335

COPAM-RECEBIDO

08/10/13

ASS.: 8

Código Copam	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor
30226	03	Und	Divã Ginecológico projetado para atender exames e procedimentos ginecológicos. Composto por 3 módulos, sendo: 02 Módulos Prateleiras (50cm + 30cm), com 01 prateleira interna e 01 Gaveteiro, composto por 02 gavetas com 12cm de altura, 01 gaveta de 15cm incluindo 01 degrau embutido com capacidade para 150Kg. Garantia: 5 anos. Estrutura: confeccionado em MDF revestido externamente com fórmica texturizada branca e internamente com revestimento melamínico. Frentes: Confeccionadas em MDF com cantos arredondados horizontalmente, revestido externamente com fórmica texturizada e internamente com revestimento melamínico. Gavetas: Em MDF com revestimento melamínico, ou poliestireno moldado em vacuum-forming sem cantos vivos. Puxadores: Compostos por barra de alumínio e ponteiras em ABS injetado cromado. Corrediças: Em aço com pintura epóxi branca. Dobradiças: caneco 35 mm curva. Elevação do encosto: 03 posições de elevação. Estofamento: Composto por colchão de densidade 33. Acessórios: 03 posições para os pés, perneiras almofadadas, degrau embutido com capacidade para 150 kg e bandeja embutida para coleta de materiais. Medidas externas - aberta (L x A x P): 215 cm x 92 cm x 63cm e fechada (L x A x P): 180cm x 92cm x 63cm.	
30227	06	Und	Foco clínico flexível sem espelho, bivolt com chave seletora, para auxiliar exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 90 a 150cm. Pintura em epóxi à 250° Celsius de alta resistência, Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts. Lâmpada halógena 12V x 20W.	

Destino: Para as Unidades Básicas de Saúde da SMS.

Credor:

Declaro que o elemento de despesa requisitado está previsto no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento do Órgão, com saldo no elemento e está devidamente classificado conforme codificação especificada no SIAPC.

IJUÍ-RS, 27 de setembro de 2013.

Sandra Hildebrandt dos Santos
Requisitante
Matrícula 2008591

Carlos Delmar Freidheim
(Controle Interno Setorial no Órgão)
Portaria SMS 001/2013

Alexandra de Freitas Lentz
Secretária Municipal de Saúde
CPF 883.613.300-20

Observações:	<input checked="" type="checkbox"/> Deferido <input type="checkbox"/> Indeferido Fioravante Batista Ballin Prefeito	COPAM Modalidade: PREGÃO Data: ____/____/____ Walter J. S. Arbo Secretário da Fazenda Adjunto Município de Ijuí - Poder Executivo Walter Arbo Secretário da Fazenda Adjunto
--------------	--	--

Req. 2199- 2013

PROC. 1.626/2013

P.P. 73/2013

03.10.13



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Memorando Interno nº 041/2013 SMS

Ijuí, 26 de setembro de 2013.

De: Ricardo

Para: Sandra Coord. Administrativo

Solicito encaminhamento de requisição para aquisição de equipamentos para UBS.

ITEM	MATERIAL / EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Divã Ginecológico	Divã Ginecológico projetado para atender exames e procedimentos ginecológicos. Composto por 3 módulos, sendo: 02 Módulos Prateleiras (50cm + 30cm), com 01 prateleira interna e 01 Gaveteiro, composto por 02 gavetas com 12cm de altura, 01 gaveta de 15cm incluindo 01 degrau embutido com capacidade para 150Kg. Garantia: 5 anos. Estrutura: confeccionado em MDF revestido externamente com fórmica texturizada branca e internamente com revestimento melamínico. Frentes: Confeccionadas em MDF com cantos arredondados horizontalmente, revestido externamente com fórmica texturizada e internamente com revestimento melamínico. Gavetas: Em MDF com revestimento melamínico, ou poliestireno moldado em vacuum-forming sem cantos vivos. Puxadores: Compostos por barra de alumínio e ponteiros em ABS injetado cromado. Corrediças: Em aço com pintura epóxi branca. Dobradiças: caneco 35mm curva. Elevação do encosto: 03 posições de elevação. Estofamento: Composto por colchão de densidade 33. Acessórios: 03 posições para os pés, perneiras almofadadas, degrau embutido com capacidade para 150Kg e bandeja embutida para coleta de materiais. Medidas externas - aberta (L x A x P): 215cm x 92cm x 63cm e fechada (L x A x P): 180cm x 92cm x 63cm.	03
02	Luminária Foco de Luz	Foco clínico flexível sem espelho bivolt com chave seletora, para auxiliar exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 90 a 150cm. Pintura em epóxi à 250° Celsius de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts. Lâmpada halógena 12V x 20W.	06

Ricardo Gonçalves
Manutenção