



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO



REQUISIÇÃO INTERNA. N.º 1123/2013 – SMS

ÓRGÃO: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE: 03 – Coord. Fundo Municipal de Saúde – ESTADO

PROJ/ATIV: 1.097- INCENTIVO AO COMBATE A DENGUE/GE

ELEMENTO: 44.90.52.08.0000 - APAREL. EQUIP. E UTENS. MED.ODONT.LAB.HOSP - 12599

COPAM-RECEBIDO

52/09/13

ASS.: _____

Cód Copam	Quant.	Unidade	Descrição	Valor
29468	01	unidade	<p>Microscópio biológico binocular com ótica de correção infinita UIS. Estativa com design moderno e confortável para o usuário fornecendo posicionamento ergonômico dos controles coaxiais de focalização macro e micro.</p> <p>Suporte de mãos traseiro para facilitar o transporte. Platina retangular de 102mm x 132mm com controle do movimento XY no lado direito.</p> <p>Movimento do charriot 79mm no eixo X e 30mm no eixo Y, presilha para lâmina.</p> <p>Revólver porta objetivas fixo quádruplo e diafragma de campo incorporado.</p> <p>Transformador de baixa voltagem e chave ligada/desliga com ajuste graduado de intensidade luminosa. Voltagem 100-240 v 50/60HZ.</p> <p>Tubo de observação binocular com inclinação de 30° com prismas de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamento anti-fungo. Número de Campo F. N 20, ajuste interpupilar de 48 mm-75mm, correção dioptria na ocular esquerda de +-5, aceita retículo de 25mm de diâmetro.</p> <p>Ocular de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de Campo F.N 20, 25 mm de diâmetro.</p> <p>Condensador ABBE, com abertura numérica 1,25 e diafragma iris. Ilumina todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N.20.</p> <p>Objetiva C Plan Acromática 4 X, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.10, distância de trabalho W.D.22,00mm.</p> <p>Objetiva C Plan Acromática 10X, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.25, distância de trabalho W.D.10,05mm.</p> <p>Objetiva C Plan Acromática 40X, correção infinita, com abertura numérica N.A.0.65, distância de trabalho W.D.0.56mm.</p> <p>Objetiva C Plan Acromática 100X, correção infinita, com abertura numérica N.A.1.25, distância de trabalho W.D.0.13mm, para uso de imersão.</p> <p>Lâmpada de Halogênio 6V/20W.</p> <p>Cabo de alimentação.</p> <p>Capa de proteção.</p> <p>Entrega em no Maximo 10 dias úteis após o recebimento do pedido do empenho pela empresa.</p>	

Destino: Para a Vigilância Ambiental em Saúde.

Credor:

Declaro que o elemento de despesa requisitado está previsto no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento do Órgão, com saldo no elemento e está devidamente classificado conforme codificação especificada no SIAPC.

IJUÍ-RS, 02 de setembro de 2013.

Sandra Hildebrandt dos Santos
Requisitante
Matrícula 2008591

Carlos Delmar Freidheim
(Controle Interno Setorial no Órgão)
Portaria SMS 001/2013

Alexandra de Freitas Lentz
Secretária Municipal de Saúde
CPF 883.613.300-20

Observações:

☒ Deferido

☐ Indeferido

Fioravante Batista Ballin
Prefeito

COPAM

Modalidade: _____

Data: ____/____/____

Secretário Adjunto da Fazenda

Reg. 2006-2013
PROE: 1.495/2013
P.P: 661/2013

10.09.13