



# MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO



REQUISIÇÃO INTERNA. N.º 0742/2013 – SMS

ÓRGÃO: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE: 02 – Coord. Fundo Municipal de Saúde – UNIÃO

PROJ/ATIV: 1.130 – Pr. de Melhoria do Acesso e Qualidade/GF SMS

ELEMENTO: 4.4.90.52.08.0000 – Aparelhos, Equip e Utensílios Médicos, Odont., Laboratoriais e Hospitalares - 12433

**COPAM-RECEBIDO**

02 / 01 / 13

ASS.: T

Cód Copam	Quant.	Unidade	Descrição	Valor
26926	01	Und.	Balança adulta antropométrica, com estrutura em chapa de aço carbono, capacidade de 200 kg, divisões de 50 gramas, tapete de borracha antiderrapante, pés reguláveis. Função TARA, possibilidade de até 100% de capacidade, display de 6 dígitos 220 volts. Certificada pelo INMETRO.	
29712	03	Und	Conjunto de aparelho de pressão com estetoscópio duplo, composto de: 1) aparelho de pressão de mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente; braçadeira para adulto (circunferência entre de 20cm a 40cm) em tecido de puro algodão com fecho de metal; pêra com válvula em metal reforçado; 2) estetoscópio duplo com sistema dotado de alta sensibilidade para ausculta de sons cardio-pulmonares; cabeçote confeccionado em material de aço cromado super resistente, hastes flexíveis com olivas macias. Acompanha bolsa com zíper. Garantia de 1 ano. Peso do produto: 0,8kg. Deve ter Registro na ANVISA, fabricado conforme especificações aprovadas da Portaria do INMETRO n. 17 de 07/02/2001 e certificado pelo INMETRO.	
29713	01	Und.	Maleta para armazenamento de materiais médicos e de enfermagem. Com divisórias internas. Dimensão aproximada: 32cm(C)x22cm(A)x12cm(P). Peso aproximado: 1120gr.	
24680	03	Und.	Mesa de Mayo cromada com bandeja em inox. Estrutura em tubos quadrados 25x25mm e parede de 1,2mm. Cromada. Altura regulável de 0,87m a 1,30m. 3 pés com rodízios de 2". Acompanha bandeja de aço inox polido de 0,48m (comp.) por 0,32m (larg).	
29714	01	Und.	Oxímetro de Pulso Portátil, para medição e monitorização da saturação de oxigênio (SpO2) e frequência cardíaca (Pulso) uso Adulto, Pediátrico e Neonatal. Tela de fácil leitura com indicador de pulso: Tela com indicador de pulso, carga da bateria, sensor desconectado, alarmes, data/hora. Visor de LCD com retro iluminação, proporciona melhor visualização, mesmo em variadas condições de luz. Faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%. Faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250 bpm. Alarmes programáveis de SpO2 e pulsação: Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis. Utiliza quatro pilhas AA (incluso). Dois anos de garantia. Deve ter Registro na ANVISA. Certificado do INMETRO.	200,-

Destino: PARA A ESF DO BAIRRO PINDORAMA.

Credor:

Declaro que o elemento de despesa requisitado está previsto no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento do Órgão, com saldo no elemento e está devidamente classificado conforme codificação especificada no SIAPC.

IJUÍ-RS, 28 de maio de 2013.

Priscila Castro Paz  
Priscila Castro Paz  
Requisitante  
Matrícula 2058512

Carlos Delmar Freidheim  
Carlos Delmar Freidheim  
(Controle Interno Setorial no Órgão)  
Portaria SMS 001/2013

Alexandra de Freitas Lenz  
Alexandra de Freitas Lenz  
Secretária Municipal de Saúde  
CPF 883.613.300-20

Observações:	<input checked="" type="checkbox"/> Deferido <input type="checkbox"/> Indeferido <u>Fioravante Batista Ballin</u> Fioravante Batista Ballin Prefeito	<b>COPAM</b> Modalidade: <u>Projeto</u> Data: <u>28/06/13</u> <u>Walter Arbo</u> Secretário da Fazenda Município de Ijuí - Poder Executivo Walter Arbo Coordenador do COPAM
--------------	--	--

Reg. 1.402 - 2013  
Proc. 10311/2013  
P.P. 44/2013

28.06.13