TERMO DE REFERÊNCIA

INFORMAÇÕES RESUMIDAS

| Secretaria Requisitante | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE IJUÍ | | |
|-------------------------|---|--|--|
| Objeto (resumido) | Aquisição de medidor de pressão arterial automático de braço, | | |
| | Oxímetro de pulso e Glicosímetro | | |
| Prazo para entrega | 10 DIAS | | |

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Aquisição de medidor de pressão arterial automático de braço, Oxímetro de pulso e Glicosímetro

2 – ESPECIFICAÇÕES DOS BENS

| Descrição completa | Qtde | Unidade |
|--|------|---------|
| Aparelho de Pressão Digital Automático de Braço Aprovado pelo | | Unidade |
| INMETRO Funcionamento a pilhas ou elétrico Acompanhado de | | |
| uma braçadeira universal, que cobre uma ampla variedade de | | |
| tamanhos de braços(20 a 45 cm). Guia de colocação da | | |
| braçadeira com LED mostra se a braçadeira foi colocada | | |
| corretamente. O medidor de pressão digital também acompanha | | |
| um adaptador que permite que o usuário tenha a opção de utilizar | | |
| pilhas ou ligar o aparelho diretamente na tomada | | |
| Oxímetro de dedo portátil, - capta oximetria e Frequência | 22 | Unidade |
| Cardíaca, funcionamento com 2 plihas tipo AAA (palito).Única tecla | | |
| para operação com display de alta intensidade de luz; Auto | | |
| desligamento após no máximo 8 segundos sem uso mínimo 30 | | |
| minutos de uso após indicar bateria fraca Uso em pacientes | | |
| pediátricos até adultos Caixa-Sensor do tipo paralelo ajustável | | |
| SpO2 Técnica de espectrofotometria Técnica de pletismografia | | |
| Mostra os valores de SpO2 e pulso Indica a qualidade do sinal e | | |
| pulso fraco Faixa de medida: 0 a99% Amostragem: 8 bpm | | |
| Precisão: +/2% de 70 a 100% 2 Pilhas alcalinas AAA LR-03 | | |
| Duração de no mínimo 16 horas de uso contínuo Faixa mínima de | | |
| FC: 30 a 254 bpm ¿ Amostragem: Média 8 segundos Precisão: | | |
| +/2% ou 2 bpm (o que for maior) ACESSÓRIOS DIMENSÕES 1 | | |
| Cordão Preto 1 Trava de cordão tipo esfera 2 Pilhas AAA LR-03 | | |
| 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia. DISPLAY | | |
| INDICADORES PRODUTO Display de led para pulso e SpO2, | | |
| Indicação de bateria fraca. Registro no Ministério da Saúde, | | |
| garantia mínima de 1 ano | 22 | |
| GLICOSIMETRO acompanha kit de 50 tiras, lancetas e e | | Unidade |
| lancetador. Garantia mínima de 12 meses | | |