




MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



REQUISIÇÃO INTERNA Nº 773/2014 – SMS

ÓRGÃO.....: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE.....: 02 – Coord. Fundo Municipal de Saúde – UNIÃO

AÇÃO.....: 2.136 – Equipes de Saúde Bucal (SMS)

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.52.08.00.00 APAREL.EQUIP.E UTENS. MED.ODONT.LAB.HOSP - 8937

COPAM-RECEBIDO

22 / 05 / 14
ASS.: m 16-2014

CÓDIGO PRODUTO	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	VALOR
2220	04	Und	Compressor para consultório odontológico isento de óleo, reservatório com tratamento interno antioxidante.. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Pressostato com chave geral liga/desliga. - Válvula de segurança, - Dispositivo de alívio do excesso de pressão. - Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão) - Filtro de ar com drenagem automática - Ventoinha de refrigeração nos motores - Filtros de aspiração (entradas de ar no reservatório) - Mangueiras dos motores metálicas e flexíveis - Válvula de alívio - Despressurização dos cabeçotes - Alimentação ou 220 V monofásico, Frequência do motor 60 Hz. - Fluxo de ar (vazão efetiva) 376 l/min (13,2 pc/min.) - Capacidade do reservatório 60 litros - Pressão máxima de trabalho 120 psi (0,83 MPa) - Potência total (dois motores) 2,26 CV (1680 W)	

DESTINO...: Para a Secretaria Municipal da Saúde.

CREDOR...:

IJUÍ-RS, 16 de maio de 2014.

Márcia Elisa Basso Boniatti
Matrícula 21307-12
Requisitante

Carlos Delmar Freidheim
Matrícula 18119-67
Controle Interno Setorial no Órgão

Alexandra de Freitas Lentz
CPF: 883.613.300-20
Secretária Municipal de Saúde

Observações:	<input checked="" type="checkbox"/> Deferido <input type="checkbox"/> Indeferido Fioravante Batista Ballin Prefeito	<u>COPAM</u> Modalidade: Data: Walter Arbo Secretário da Fazenda Adjunto Município de Ijuí - Poder Executivo
--------------	--	---

Reg 1298/2014
Proc. 945/2014
T.P. 20/2014

206
20105114

RECEBIDO SMF
20 MAIO 2014