

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Município de Ijuí - Poder Executivo
MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
Registro de Preços Eletrônico - 24

Resultado da Homologação

0001 - TESTE RÁPIDO COVID-19

Teste rápido Imunocromatográfico para detecção qualitativa de antígeno para SARS-CoV-2 (Covid-19) em amostras swab de nasofaringe.

*Cada kit do teste rápido de conter:

- Dispositivo de teste (cassete);
- Swab estéril;
- Tampa filtro (conta-gotas);
- Solução tampão;
- Tubo de extração da amostra ou Tubo de extração da amostra com tampão;
- Instrução de uso.

*Sensibilidade: 95%

*Especificidade: 99%

*Prazo de validade acima de 12 meses a contar da data de entrega.

É necessário que haja registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e no Diário Oficial da União (DOU). -

ALLTEST - Valor Referência: 9,03

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DNA MED BRASIL LTDA	ALLTEST	20.000 Unidade	3,30	66.000,00	Homologado em 26/03/2024 08:08:48 Por: Andrei Cossetin Sczmanski

Andrei Cossetin Sczmanski
Autoridade Competente

