



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO



REQUISIÇÃO INTERNA. N.º 0970/2013 – SMS

ÓRGÃO: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE: 03 – Coord. Fundo Municipal de Saúde – ESTADO

PROJ/ATIV: 2.146 – Saúde da Família/GE

ELEMENTO: 33.90.30.36.0000 - Material Hospitalar - 8998

COPAM-RECEBID
01/03/13
ASS.: T

Cód Copam	Quant.	Unidade	Descrição	Valor
20640	20	Caixas	Cateter intravenoso periférico descartável calibre 22, uso único, estéril, radiopaco, confeccionado em material atóxico, ponta fina, apirogenico, resistente, com espessura e dimensões adequadas a sua finalidade. Totalmente uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarbas ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. Protetor do conjunto agulha/cateter com fecho hermetico, transparente. Cateter/cânula confeccionado em material biocompatível (poliuretano/teflon/vialon), arreativo a quimioterapicos. Agulha confeccionada em aço inox tipo 304. Siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, polida, sem rebarbas. Caixa com 50 unidades.	
20641	20	Caixas	Cateter intravenoso periférico descartável nº 24, Cateter intravenoso periférico, calibre 24, uso único, estéril, radiopaco, confeccionado em material atóxico, ponta fina, apirogenico, resistente, com espessura e dimensões adequadas a sua finalidade. Totalmente uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, rachaduras, vazamentos, emendas, rebarbas ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. Protetor do conjunto agulha/cateter com fecho hermetico, transparente. Cateter/cânula confeccionado em material biocompatível (poliuretano/teflon/vialon), arreativo a quimioterapicos. Agulha confeccionada em aço inox tipo 304. Siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, polida, sem rebarbas. Caixa com 50 unidades.	
23632	20	Caixas	Scalp nº 21 - Dispositivo denominado "escalpe", calibre 21, para infusão intravenosa, com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a "empunhadura" durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea Luer-Lok codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo.	
23633	15	Caixas	Scalp nº 23 - Dispositivo denominado "escalpe", calibre 23, para infusão intravenosa, com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado: Facilita a punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Protetor da agulha: Garante a integridade da agulha até o momento do uso. Asas de empunhadura/fixação: Facilitam a "empunhadura" durante a punção e a estabilização do dispositivo durante o tempo de permanência na veia. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico: Permite a visualização do refluxo sanguíneo e/ou medicamento infundido, reduzindo o contato com o sangue. Conector fêmea Luer-Lok codificado por cores: Proporciona segura conexão com o equipo.	

Destino: Para a Secretaria Municipal de Saúde.

Credor:

Declaro que o elemento de despesa requisitado está previsto no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento do Órgão, com saldo no elemento e está devidamente classificado conforme codificação especificada no SIAPC.

IJUÍ-RS, 25 de julho de 2013.

Priscila Castro Paz
Priscila Castro Paz
Requisitante
Matrícula 2058512

Carlos Delmar Freidheim
Carlos Delmar Freidheim
(Controle Interno Setorial no Órgão)
Portaria SMS 001/2013

Alexandra de Freitas Lantz
Alexandra de Freitas Lantz
Secretária Municipal de Saúde
CPF 883.613.300-20

Observações:	<input checked="" type="checkbox"/> Deferido <input type="checkbox"/> Indeferido	COPAM Modalidade: <u>TP</u> Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
	<u>Fioravante Batista Ballin</u> Prefeito	<u>Walter J. S. Arbo</u> Secretário da Fazenda Adjunto Município de Ijuí-Poder Executivo Walter Arbo Coordenador do COPAM

REQ: 1694/2013

Proc. 1.563/2013

T.P. 23/2013

07.08.13